

定期交換消耗部品の個数一覧表(令和6年4月1日現在)

メーカー	計器概要	型式	機種 毎No	部品名称	部品番号	交換周期	必要数 (1台あ たり)	軽微交 換部品	対象機 種台数	備考
横河電機	油分計	QS1000	1	センサ素子	K9462MA	3ヶ月	5		1 台	
			2	ろ砂	K9720FZ	1年	1	*		
			3	活性炭フィルタ	K9462DQ	1年	1			
			4	スパーチャヒーター	K9462FL	1年	1			
			5	原水配管	K9462MH	1年	1			
			6	エアー配管	K9462MF	1年	1			
			7	Oリング	K9462LB	1年	2	*		
			8	ポンプダイヤフラム	K9462YB	1年	1			
			9	ポンプ用チャッキ弁	K9462CW	1年	1			
			10	ポンプ用バルブセット	K9462YC	1年	1			
			11	冷却ファン	K9462HW	2年	2			
			12	電磁弁 (SV1)	K9462DS	3年	1			
			13	電磁弁 (SV2)	K9462DT	3年	1			
			14	電磁弁 (SV3A, 3B)	K9462DU	3年	1			
			15	電磁弁 (SV4)	K9462DY	3年	1			
			16	ろ過フィルタ	K9332NN	5年	1			
横河電機	pH計	PH450G	1	ガラス電極	K9142TN	1年	1		9 台	
			2	ジャンクション	K9142TH	1年	1			
			3	全セラミックジャンクション	K9142UH	1年	1			
			4	KCL溶液	K9084LP	1年				
			5	標準液 (pH4)	K9084LL					
			6	標準液 (pH7)	K9084LM					
			7	標準液 (pH9)	K9084LN					
			8	超音波振動子	K9143QA	適時				
			9	Oリング	K9142QT	適時	1	*		
			10							
横河電機	濁度計	TB700G	1	光源ランプ(G)	K9657TK	2年	1		2 台	
			2	1μmフィルター	K9008ZD	1年	1			
			3	ヒューズ	A1113EF	1年		*		
			4	乾燥剤	K9657RJ	1年	1			
			5	電磁弁 (SV1) 【TB700G】	K9658NE	適時	1			
			6	電磁弁 (SV2) 【TB700G】	K9658NG	適時	1			
			7	電磁弁 (SV3) 【TB700G】	K9658NG	適時	1			
			8	電磁弁 (SV4) 【TB700G】	K9658NH	適時	1			
9										
横河電機	濁度計	TB700H	1	光源ランプ(H)	K9657TK	1年	1		12 台	
			2	1μmフィルター	K9008ZD	1年	1			
			3	0.2μmフィルター (H)	K9726EH	1年	1			
			4	ヒューズ	A1113EF	1年		*		
			5	乾燥剤	K9657RJ	1年	1			
			6	電磁弁 (SV1) 【TB700H】	K9658NJ	適時	1			
			7	電磁弁 (SV2) 【TB700H】	K9658NF	適時	1			
			8	電磁弁 (SV4) 【TB700H】	K9658NH	適時	1			
			9							
横河電機	濁度計	TB800D	1	LED (白)	K9657TK	3年	1		1 台	
			2	乾燥剤	K9657RJ	1年	1			
			3	ガスケット	K8003NQ	1年	1			
			4	1μmフィルターエレメント	K9008ZD	1年	1			
			5	0.2μmフィルターエレメント	K9726EH	1年	1			
			6	ヒューズ	A1633EF	適時	1	*		
			7	ヒューズ	A1624EF	適時	1	*		
			8	電磁弁 (SV1) 【TB700H】	K9658NJ	適時	1			
			9	電磁弁 (SV2) 【TB700H】	K9658NF	適時	1			
			10	電磁弁 (SV4) 【TB700H】	K9658NH	適時	1			
			11							
横河電機	導電率計	SC450G						1 台		
横河電機	残塩計	RC400G	1	弁シート	K9041HC	1年	4	*	1 台	
			2	ペロフラム (試薬)	L9819AA	1年	1			
			3	ペロフラム (サンプル)	L9819AB	1年	1			
			4	ガラスビーズ	K9332ZJ	1年	1			
			5	回転電極	K9334JP	2年	1			
			6	ろ砂	K9720FZ	1年	2	*		
			7	ろ過フィルタ	K9332NN	1年	2			
			8	活性炭フィルタ	L9862AY	1年	1			
			9	ブラシ	K9332JX	2年	1			
			10	スリップリング	K9332JZ	2年	1			
			11	駆動ベルト	L9804UK	3年	1	*		
			12	ギアヘッド	K9332JP	5年	1			
			13	モーターアセンブリ	K9334JY	5年	1			
			14	従動軸アセンブリ	K9334JV	3年	1			
			15	Oリング	Y9115XB	3年	1	*		
			16	Oリング	G9303AM	2年	2	*		
			17	ケース	K9332KX	破損時	1	*		
			18	カバー	K9332KZ	破損時	1			
			19	電磁弁 (SV1, 2, 5) 一式	K9332RS	適時	1			
			20	電磁弁 (SV3, 4) 一式	K9332RW	適時	1			
			21	三方電磁弁 (SV6)	K9460EN	適時	1			
22										

定期交換消耗部品の個数一覧表(令和6年4月1日現在)

メーカー	計器概要	型式	機種 毎No	部品名称	部品番号	交換周期	必要数 (1台あ たり)	軽微交 換部品	対象機 種台数	備考
横河電機	残塩計	FC400G	1	回転電極	K9332MB	2年	1		10 台	
			2	セラミックビーズ	K9332ZP	1年	1	*		
			3	ヒューズ	A1111EF	適時	1	*		
			4	活性炭フィルタ	L9862AY	1年	1			
			5	活性炭フィルタ	OSSC-4	1年	1			
			6	ブラシ	K9332JX	2年	1			
			7	スリップリング	K9332JZ	2年	1			
			8	駆動ベルト	L9804UK	3年	1	*		
			9	従動軸アセンブリ	K9334JV	3年	1			
			10	Oリング	Y9115XB	3年	1	*		
			11	ギアヘッド	K9332JP	5年	1			
			12	モーターアセンブリ	K9334JY	5年	1			
			13	三方電磁弁(自動ゼロ校正用)	K9460EN	適時	1			
			14							
横河電機	アルカリ度計	AL400G	1	ろ砂	K9720FZ	1年	1	*	1 台	
			2	ろ過フィルタ	K9720CS	1年	1			
			3	pH検出器	H10AL-ASP	1年	1			
			4	pH4用緩衝剤	K9020XA	1年	1			
			5	pH7用緩衝剤	K9020XB	1年	1			
			6	炭酸水素カリウム	K9465RA	1年	1			
			7	測定水注入ノズル	K9465VG	1年	1	*		
			8	試薬注入ノズル	K9465VJ	1年	1	*		
			9	電磁弁(SV4)	K9465VP	1年	1			
			10	試薬ポンプ(100V)	K9465JT	適時	1			
			11	エアポンプ(100V)	K9087XE	適時	1			
			12	モータAssy(100V)	K9465CL	適時	1			
			13	電磁弁(SV1)	K9465JQ	適時	1			
			14	電磁弁(SV2)	K9465VM	適時	1			
			15	電磁弁(SV3)	K9465VN	適時	1			
			16	電磁弁(SV5)	K9465VQ	適時	1			
			17	電磁弁(SV6)(100V)	K9465JS	適時	1			
			18	電磁弁(SV7)	K9465VS	適時	1			
			19	電磁弁(SV8)	K9465VT	適時	1			
			20	電磁弁(SV9)	K9465VU	適時	1			
			21							
東亜DKK	pH計	HBM160	1	ガラス電極チップ(大野,中津)	HGS-300	1年	1		6 台	
			2	液絡部チップ(大野,中津)	JC-300	1年	1			
			3	KCL粉末	143A253	消耗時		*		
			4	電極(東神吉)	5610-5F	1年	1			2台設置
			5	電極(西部)	5600-5F	1年	1			2台設置
			6							

定期交換消耗部品の個数一覧表(令和6年4月1日現在)

メーカー	計器概要	型式	機種 毎No	部品名称	部品番号	交換周期	必要数 (1台あ たり)	軽微交 換部品	対象機 種台数	備考				
東亜DKK	残塩計	CLF-1610	1	セラミックピース	123G007	1年	1	*	9 台					
			2	検出電極	EL2132	2年	0							
			3	ヒューズ(2A)	104A292			*						
			4	バリスタユニット	7128030U	1年	2							
			5	フィルターカートリッジ	136A270	1年	1							
			6	PFAチューブ(φ3×4φ) 1m	116D306	適時	1	*						
			7	PFAチューブ(φ4×6φ) 1m	116D303	適時	1	*						
			8	Oリング	115A357	適時	4	*						
			9	Oリング	115A518	適時	2	*						
			10	Oリング	115A072	適時	2	*						
			11	Zユニオン用スリーブφ4	117B402	適時	0	*						
			12	Zユニオン用スリーブφ6	117K041	適時	20	*						
			13	電磁弁(SV3)	7154560K	3年	1							
			14	電磁弁(SV2,4)	7154550K	3年	2							
			15	モーターアセンブリ	7130420K	3年	1							
			16	残留塩素計検出器	CLR-161	故障時	1							
							ろ過器を付属している機器についてはNo.17-32を含む							
			17	ろ砂1アセンブリ	461741K	2年	1							
			18	ろ砂2アセンブリ	461757K	2年	1							
			19	電磁弁アセンブリ (SV1、SV3)	7715440K	適時	2							
			20	電磁弁アセンブリ (SV2、SV4)	7715450K	適時	2							
			21	フィルター	53715300	適時	2							
			22	ブレードホース	116B0531	2年	1	*						
			23	ブレードホース	116B050	2年	1	*						
			24	ユニチューブ	116E034	2年	1	*						
			25	ハイブレンチューブ	116E022	2年	1	*						
			26	管入りヒューズ	104A077	適時	1	*						
			27	Oリング	115A145	適時	4	*						
			28	弁シート	125B052	1年	1							
			29	ダイヤフラム	125B053	1年	1							
			30	樹脂製電磁弁アセンブリ (SV1、SV3)	7724120K	適時	2							
			31	フィルター	45359200	適時	2							
32														

給水モニター (色・濁度計、残塩計、UPS)

日本電色	色・濁度計	WQA7000	1	活性炭フィルタ	OSSC-4	1年	1		5 台	
			2	電子除湿器	7016	適時	1			
東亜DKK	残塩計	CLF-1610		上記に同じ						
オムロン	UPS	BY50S	1	バッテリー	BYB50S	4~5年	1			

58 台